

## 需要調査リスト

番号	区分	財産名	規格	数量	単位	取得年月日	保管場所	備考
1	重要物品	フィルタープレス一式	アヅミAF450 手動フィルタープレ ス(AF450 ×50-14)、 HP-293-9 標準仕様(モー ター無)	1	台	H14.10.31	北海道ファイ ンケミカル(株)(函 館市浅野町3番 6号)	継続使用：可 特記事項：購入から20年以上経過し、部品交換などの メンテナンスが必要になる可能性が高い。なお、配管等 と設置している状況であるため、取外し工事が必要。
2	備品	ステンレスカスケード ポンプ式	40-SUS-SP-M	9	台	H14.10.31	北海道ファイ ンケミカル(株)(函 館市浅野町3番 6号)	継続使用：可 特記事項：購入から20年以上経過し、メーカーによる 点検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。 なお、配管等と設置している状況であるため、取外し工 事が必要。
3	重要物品	改良型紡糸装置	NS-110	1	台	H14.8.30	倉庫(岩見沢市 内)	継続使用：可 特記事項：購入から20年以上経過し、メーカーでの点 検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。
4	重要物品	試験用織機	AMT-2 φ7 5-2 spn ほか	1	台	H14.8.30	倉庫(岩見沢市 内)	継続使用：可 特記事項：購入から20年以上経過し、メーカーでの点 検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。
5	重要物品	蛍光測定装置	サーモバイオアナ リシス社製	1	台	H14.8.30	帯広畜産大学 原虫病研究セン ター(帯広市稲 田町西2線13番 地)	継続使用：可 特記事項：特になし

番号	区分	財産名	規格	数量	単位	取得年月日	保管場所	備考
6	重要物品	DICOMタグ情報書き換えシステム	DICOM TAG G/W	1	台	H14.11.26	北海道大学病院 (札幌市北区北14条西5丁目)	継続使用：不可 特記事項：購入から20年以上経過しているため、メーカーによる点検・部品交換で正常動作するかは不明
7	重要物品	ラック	19インチラック (40U)	1	台	H14.11.26	北海道大学病院 (札幌市北区北14条西5丁目)	継続使用：可 特記事項：特になし
8	重要物品	研究用NW装置	WS-C3550-24E(G-L3-SW)	1	台	H14.11.26	北海道大学病院 (札幌市北区北14条西5丁目)	継続使用：不可 特記事項：購入から20年以上経過しているため、メーカーによる点検・部品交換で正常動作するかは不明
9	重要物品	研究用NW装置	WS-C2950G-12E(北大L2-SW)	1	台	H14.11.26	北海道大学病院 (札幌市北区北14条西5丁目)	継続使用：不可 特記事項：購入から20年以上経過しているため、メーカーによる点検・部品交換で正常動作するかは不明
10	重要物品	F/W一式	F/W(Nokia)	1	台	H14.11.26	北海道大学病院 (札幌市北区北14条西5丁目)	継続使用：不可 特記事項：購入から20年以上経過しているため、メーカーによる点検・部品交換で正常動作するかは不明
11	重要物品	チューブ式ポンプ		1	台	H20.2.26	株式会社函館酪農公社乳製品工場 (函館市中野町118番)	継続使用：不可 特記事項：購入から15年以上経過し、動作不明、メーカーによる点検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。

番号	区分	財産名	規格	数量	単位	取得年月日	保管場所	備考
12	重要物品	成分分析機（水分／固形分計）	SmaRT System5	1	台	H19.12.7	株式会社函館酪農公社乳製品工場（函館市中野町118番）	継続使用：可 特記事項：購入から15年以上経過し、メーカーによる点検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。
13	重要物品	簡易クリーンルーム	KVR 3-2525C	1	台	H20.1.31	株式会社函館酪農公社乳製品工場（函館市中野町118番）	継続使用：可 特記事項：購入から15年以上経過し、メーカーによる点検を行い、部品交換などが必要になる可能性が高い。